



CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ESTANDARES

PORCENTAJE

93,3%

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTA DE VISITA INICIAL

VERDE

En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 80 al 100% de los requisitos de la herramienta aplicada

AMARILLO

En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 30 al 79,9% de los requisitos de la herramienta aplicada

ROJO

En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 1 al 29,9% de los requisitos de la herramienta aplicada

OBSERVACIONES (FORTALEZAS, HALLAZGOS)

FORTALEZAS: Cuentan con una buena infraestructura que cumple con los estándares de calidad, Cuentan con profesionales de experiencia y muestran alto compromiso frente a la labor realizada y un profesional ya entrenado por el INS.
compromiso de la alta dirección en la implementación de las pruebas.
organización y limpieza de las áreas analíticas.

Se observa el
Se evidencia la
Cuentan con un equipo de

HALLAZGOS: (FRENTE A LOS HALLAZGOS EN ESTE ESPACIO CONSIGNADOS SE DEBE LEVANTAR PLAN DE ACCIÓN)

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: 1.5 y 4.3 Se recomienda programar los procesos de inducción y evaluación de todo el personal profesional y de apoyo técnico del Laboratorio.

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN: 3.13 Hace falta una cabina en el área de PCR para la preparación de las mezclas y termómetro infrarrojo para recepción de muestras. 3.14 Falta la calificación de la cabina ubicada en el área de desembalaje.

DEBILIDADES:

CONCEPTO FINAL

CUMPLE

NO CUMPLE

CIERRE TEMPORAL DE AREA

Cual (es) área (s)?:

Inmunoserología

1 de 3

Biología molecular